

中国科学院大学
材料学院教学实验室设备采购

招 标 文 件

采购编号：BIECC-ZB7059

采购人：中国科学院大学

采购代理：北京国际工程咨询有限公司

2019年07月

目 录

第一章 投标邀请	1
第二章 投标资料表	7
第三章 投标人须知	9
第四章 合同协议书及条款	18
第五章 政府采购政策功能	27
第六章 附件一投标文件格式	42
资格证明文件	43
投 标 文 件	54
商务文件	57
技术文件	69
第七章 评标办法	78
第八章 采购需求	81
01 包 教学设备 1	85
02 包 单面双工位手套箱	94
03 包 教学设备 2	96
04 包 高性能数据处理器	98
05 包 教学设备 3	99

第一章 投标邀请

投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受中国科学院大学的委托,对中国科学院大学材料学院教学实验室设备采购中所需货物/服务进行公开招标。现欢迎合格的投标人前来投标。

1. 项目名称: 中国科学院大学材料学院教学实验室设备采购
2. 采购编号: BIECC-ZB7059
3. 采购内容:

货物名称	是否核心产品	数量	主要技术要求	用途
01包: 教学实验室设备				
单工位手套箱	是	1台	箱体泄漏率 $\leq 0.001\text{vol\%/h}$ ……	教学用
分析天平		2台	量程范围: 0.1mg-120g……	教学用
旋转蒸发仪		2台	浴锅温度调节范围: 室温+5℃~180℃ 回转速度: 5~280 rpm……	教学用
隔膜真空泵		2台	排气速度 (Low/High): 30 L/min 到达真空度: 10 hpa……	教学用
冷却水循环装置		2台	温度设定范围: -20-30℃ 温度调节精度: ± 2 ℃ (-20-0℃设定时) ± 1 ℃ (0-20℃设定时)……	教学用
LCD 数控加热型 7 寸方盘磁力搅拌器		16台	工作盘控温范围: 室温-550度, 步长 1 外置温度传感器 PT1000 控温精确度: ± 0.2 度……	教学用
通风柜滴定架		16台	滴定架尺寸为 1500mm*800mm*100mm……	教学用
铁架台		38台	底座尺寸: 300*180*25mm 支杆: 高 600mm……	教学用
真空泵		16台	极限真空度 $< 1\text{Pa}$, 抽速 2L / S, 电压 单相 220V……	教学用
02包: 单面双工位手套箱				
单面双工位手套箱	是	1台	箱体泄漏率 $\leq 0.001\text{vol\%/h}$ ……	科研用
03包: 教学设备 2				
紫外 LED 光源	是	1台	中心发射波长 365 nm……	教学用
蓝光 LED 光源		1台	中心发射波长 470 nm……	教学用
荧光光谱仪恒温水域支架附件		1台	温控范围: 常温-80℃……	教学用
荧光光谱仪固体高温测试附件		1台	温控范围: 常温-300℃……	教学用
烘箱		1台	温控范围: 室温+10-300℃……	教学用

分析天平		1 台	量程>220g; 显示分辨率 0.1mg……	教学用
04 包				
高性能数据处理器	是	1 台	CPU 要拥有 2D 或 3D 图形加速功能……	科研用
05 包：教学设备 3				
数据采集模块	是	1 台	8 通道电压/全桥/半桥 ADC 采样：24 位 delta-sigma 双核，内置抗混叠滤波器；双核模式量程采样……	教学用
任意函数信号发生器		1 台	14 位垂直分辨率 内置波形包括正弦、方波、锯齿波、脉冲、噪声和其他常用波形……	教学用

备注[1]：本项目设备均接受进口，且 01 包报价不得超过人民币 45.00 万元；02 包报价不得超过人民币 18.00 万元；03 包报价不得超过人民币 6.07 万元；04 包报价不得超过人民币 5.65 万元；05 包报价不得超过人民币 25 万元。

详细技术/服务需求见招标文件第八章“采购需求”。

4. 采购预算及交货：本项目属于政府采购。本项目中的最高限价即为预算价。

包号	名称	预算	交货期	交货地点	备注
01	单工位手套箱	人民币 45.00 万元	合同签订后 1 周内交货	中国科学院大学 雁栖湖校区	不接受进口 产品投标
	分析天平				
	旋转蒸发仪				
	隔膜真空泵				
	冷却水循环装置				
	LCD 数控加热型 7 寸 方盘磁力搅拌器				
	通风柜滴定架				
	铁架台				
真空泵					
02	单面双工位手套箱	人民币 18.00 万元	合同签订后 1 周内交货	中国科学院大学 雁栖湖校区	不接受进口 产品投标
03	紫外 LED 光源	人民币 6.07 万元	合同签订后 1 个月内 交货	中国科学院大学 雁栖湖校区西区 学园二 226 实验 室	接受进口产 品投标
	蓝光 LED 光源				
	荧光光谱仪恒温水域 支架附件				
	荧光光谱仪固体高温 测试附件				

	烘箱				
	分析天平				
04	高性能数据处理器	人民币 5.65 万元	签合同后一个月内交货	中国科学院大学雁栖湖校区西区学园三 106 实验室	接受进口产品投标
05	数据采集模块	人民币 25.00 万元	合同签订后 3 个月内交货	中国科学院大学雁栖湖校区西区	接受进口产品投标
	任意函数信号发生器				

5. 合格的投标人：

- 中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。
- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 为采购项目的某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。
- 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录(截止时点为投标截止时间)，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。
- 不接受联合体投标。
- 法律法规规定的其他要求
- 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案。未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

6. 招标文件售价：01-05 包：300 元/包。售后不退，购买时请注明拟投标的包号。

7. 购买招标文件时需要提供的信息：(1) 开票信息：单位名称、纳税人识别号；(2) 联系信息：联系人、详细通讯地址、电话、传真、邮箱。(3) 需要提供的其他资料：无。以上信息无需盖章。

8. 购买招标文件时间：2019 年 07 月 19 日—2019 年 07 月 26 日，每天 09:00—11:30 时、13:00—16:30 时(北京时间，下同，7 月 25 日、7 月 26 日、休息日及法定节假日不接受现场购买)。期满后购买招标文件的潜在投标人不足 3 家的，采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

9. 现场购买招标文件的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 608 室。若非现场购买招标文件，请填写完成下表后以 WORD 格式作为附件发电子邮件至 jowena@163.com、下载招标文件电子版即可。在此情况下，招标文件发售的截止时间以收到电子邮件的时间为准。

招标编号	BIECC-ZB7059
投标包号	

汇款金额	
单位名称	
纳税人识别号	
单位通讯地址	
项目联系人	
联系电话	
联系邮箱	
汇款/转账凭证	(汇款或转账的底单扫描件或截图)

10. 招标文件电子版：在 www.ccgp.gov.cn 搜寻对应项目名称后下载。

11. 查看现场：否；是：详见招标文件第八章中的有关说明。

12. 投标截止时间和开标时间：2019年08月09日13:30时。

13. 投标和开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层第510会议室。

14. 其他说明：

- 政府采购政策：包括小微企业、节能环保、监狱企业及残疾人就业等政策。详见招标文件第五章。
- 评分办法：综合评分法，详见招标文件第七章。
- 投标文件请于开标当日投标截止时间之前递交至开标地点，逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件不予接收。
- 届时请投标人派代表参加开标仪式。
- 本公告期限：自发布之日起5个工作日。
- 本公告仅在 www.ccgp.gov.cn 发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

采 购 人：中国科学院大学

地 址：北京市石景山区玉泉路19号（甲）（邮编：100 049）

联系人：崔老师

电话：010-8825 6103

采购代理：北京国际工程咨询有限公司

地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室（邮编：100 083）

负责部门：招标事业部

项目联系：王 爽

电 话：010-8237 3532

传 真：010-8237 0881

电子邮件：jowena@163.com

电汇购买招标文件/投标保证金及中标服务费收取的信息：

公司名称：北京国际工程咨询有限公司

开 户 行：华夏银行北京学院路支行

账 号：102 420 000 00 002 546

有关招标文件购买、中标通知书领取及服务费发票、投标保证金交纳及退还事宜的联系电话：

财 务 部：010-8237 0821

北京国际工程咨询有限公司

2019年07月19日

第二章 投标资料表

投标资料表

本表关于要采购的内容的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改,如有矛盾,以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人: 中国科学院大学 地 址: 北京市石景山区玉泉路 19 号 (甲), 邮编: 100 049 联系人: 崔老师, 电话: 010-8825 6103
2.1	采购代理: 北京国际工程咨询有限公司 地 址: 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦门 A 座 611 室, 邮编: 100 083 联 系 人: 王 爽, 电话: 010-8237 3532
8.1	投标语言: 中文
11.3	投标货币: (1) 国产及已在中国关境内的进口产品及服务: 人民币; (2) 从中国关境外进口的产品及服务: CIP 北京、美元、欧元、英镑或日元 (个别设备有特殊说明的除外)。
15.1	投标保证金金额: 01 包: 人民币 3,750 元; 02 包: 人民币 2,700 元。03 包: 人民币 1,000 元。04 包: 人民币 1,000 元; 05 包: 人民币 3,750 元;。
15.3	投标保证金形式: 支票、电汇、汇票、本票、网银转账等非现金形式 (如项目分包且投标人拟投标多个包的, 可以合并缴纳保证金)。 为减少收取/退还保证金的手续, 建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。
15.6	中标服务费为: 同投标保证金金额。由中标人支付, 或直接从保证金转扣。
17.1	投标文件份数: 一份正本及四份副本、电子版一份。中标人须在签订合同时能应采购人要求提供投标文件电子版。 注: 电子版应为正本的扫描件, 可以以光盘或 U 盘的形式同副本密封在一起递交。
18.3	投标文件递交地点: 同投标邀请中的地点。
19.1	投标截止时间: 同投标邀请中的时间。
22.1	开标时间: 同投标截止时间。 开标地点: 同投标文件递交地点。
26.3	最低投标价不是中标唯一条件
30.1	数量增加变更: 不超过 10%
32.1	政府采购合同: 中标人应在政府采购合同签订后的 24 小时之内将合同扫描件发送电子邮件至 jowena@163.com, 标题为“BIECC-ZB7059 政府采购合同”。

第三章 投标人须知

投标人须知

一 说明

1. 资金来源

1.1 “投标资料表”中所述的采购人已获得财政资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

2. 采购单位及合格的投标人

2.1 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。

2.2 合格的投标人：投标邀请/招标公告中规定的条件。

2.3 对投标人的投标要求：投标人在投标过程中不得向采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：提供虚假的资料或在实质性方面失实。

3. 采购程序

3.1 投标人在规定的时间内将投标文件提交给采购代理机构，由采购代理机构组织开标仪式。

3.2 采购单位组建评标委员会，对投标文件进行评审，推荐本项目中标候选人顺序（每包最多三个），由采购人按顺序确定中标人。

3.3 中标人按采购文件的规定领取中标通知书后与采购人签订政府采购合同。

3.4 中标人将政府采购合同按采购文件的规定进行发送以便公告。

4. 投标范围和投标费用

4.1 项目如果分包，投标人可对一个或多个包号进行投标，但不得将一个包的内容拆开进行投标。

4.2 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二 招标文件

5. 招标文件构成

5.1 要求提供的货物/服务、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件各章节名称详见目录。

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物/服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的时间内以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，必要时在政府采购指定媒体进行公布。

7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止期前十五（15）天的任何时候，无论出于何种原因，采购单位可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改将在发布招标公告的媒体上进行公布，并对采购人及投标人均具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

7.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购单位可自行决定是否延长投标截止期。

三 投标文件的编制

8. 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

9. 投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括的部分见“附件一投标文件格式”。投标人提供的上述材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标无效。

10. 投标书

10.1 投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、投标一览表（包括附件）和投标分项报价表等内容。

11. 投标报价

11.1 投标报价应列明投标货物的名称、产地、制造厂商、品牌、型号、详细规格、交货期等。投标人应在投标分项报价表上标明投标货物/服务的单价和总价。

11.2 投标报价应包括标准附件、备品备件、专用工具及易耗品、运输、保险、安装、调试、检验、技术服务和培训等费用。

11.3 投标报价方式：具体如下：

11.3.1 国产的货物及其有关服务的报价应包括制造、装配和发运货物至交货地点所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税、增值税及其它税费。报价币种为人民币。

11.3.2 在中华人民共和国关境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税、增值税及其他税金。报价币种为人民币。

11.3.3 从中华人民共和国关境外提供货物及服务的报价：CIP 北京。不包括海关杂费及货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费等、不包括外贸代理费及应向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税。报价币种为美元、欧元、英镑或日元（个别设备有特殊说明的除外）。

11.3.4 在中华人民共和国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同 11.3.3。

11.3.5 临时特别条款：投标人所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征的关税。加征关税的商品清单及税率以国务院税则委员会发布的最新有效公告为准。投标报价应当包含加征关税而

未包含，是投标人的风险，视为已考虑在投标报价中。

11.6 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

11.7 投标人每个投标包号只能有一个投标方案和报价，否则该包将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12. 评标货币

12.1 评标货币为人民币。

12.2 对涉及到外币报价的部分，投标人可以在投标文件中注明外币对人民币的计算汇率，以便作为计算评标价的依据；否则，将以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为评标时价格分的计算依据。

12.3 上述 12.2 中涉及的计算汇率及现汇卖出价，仅在比较投标报价是否满足预算要求及计算评标价时使用。

13. 证明投标人合格和资格的文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应提交证明其合格性的文件，如营业执照等，以使采购单位满意。投标人应符合本须知第 2 条对合格投标人的要求。

13.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使采购单位满意。

14. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物/服务的合格性和符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物/服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 货物/服务主要技术指标和性能的详细说明。
- 项目实施方案及售后服务方案和承诺。
- 对照招标文件技术规格,说明所提供货物/服务已对采购人的采购需求做出了实质性的响应,或申明与采购需求条文的偏差和例外。

14.3 投标人应注意采购单位在技术规格中指出的工艺、材料和货物/服务的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标报价中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

15. 投标保证金

15.1 投标人应向采购代理机构提交“投标资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和采购代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第 15.7 条的规定不退还投标人的投标保证金。

15.3 投标保证金应用投标货币，并采用“投标资料表”中规定的形式。

15.4 凡没有根据本须知第 15.1 和 15.3 条的规定随附投标保证金的投标，视为无效投标。

15.5 未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起 5 个工作日内无息退还投标人。

15.6 中标人的投标保证金，在中标人签订合同后 5 个工作日内并交纳中标服务费后予以退还。

15.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- (2) 投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按招标文件的规定与采购人签订合同的；
- (4) 投标人与采购人或其他投标人恶意串通投标的；
- (5) 招标文件规定的其他情形。

15.8 投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，但投标人须注明投标的各包投标保证金金额。如投标保证金总额不足且无法判定是哪个（些）包不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

15.9 采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮 20%后的利率支付资金占用费。

16. 投标有效期

16.1 投标应在规定的投标截止之日起的 90 日内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购单位可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第 15 条有关投标保证金的退还的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

17. 投标文件的式样和签署

17.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在招标文件上要求签字和/或盖章的地方签字和/或盖章。授权代表须将以书面形式出具的授权书附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

四 投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 为方便开标唱标，投标人应将“资格证明文件”、“投标一览表”和“投标保证金”放在一个包装内密封后提交，并在信封上标示“资格证明文件、投标一览表及投标保证金”字样。

18.2 投标人应将投标文件封装，且在文件上标明“正本”或“副本”字样。

18.3 封装上应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指定的地址。
- 注明项目名称、采购编号和“在 年 月 日 时(北京时间)之前不得启封”的字样（填入规定的投标截止日期和时间）。

18.4 封装上应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.5 如果封装未按本须知第 18.3 条要求加写标记和密封，采购单位对误投或过早启封概不负责。

18.6 对投标文件的其他要求：

- 根据政府采购的有关规定，投标文件不得采用活页方式进行装订（建议采用胶装方式），否则有可能导致投标无效；
- 为便于文件归档保存，投标文件厚度不应超过 5 厘米，建议采用精简内容、双面打印或分册的方式减少单册文件厚度，否则有可能导致投标无效。

19. 投标截止期

19.1 采购单位收到投标文件的时间不迟于“投标资料表”中规定的截止日期和时间。

19.2 采购单位可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20. 拒绝接收的投标文件

20.1 采购单位拒绝接收逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件。

21. 投标文件的修改与撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，该修改或撤回应由法定代表人或其正式授权的投标人代表签字并加盖公章，且采购代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到修改/补充或撤回的书面通知。

21.2 投标人的修改/补充通知应按本须知第 18 条规定编制、密封、标记和发送。

21.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

21.4 在投标有效期内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

21.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五 开标和评标

22. 开标

22.1 采购代理机构在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点接收投标文件，组织开标，投标人代表应签名报到以证明其出席。

22.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣（如有）、书面修改/补充内容（如有）、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足 3 家的，不得开标。

22.3 采购代理机构将做开标记录，由投标人代表及相关人员签字确认。

22.4 投标人因故不能派代表出席开标活动，应事先以书面形式通知采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

22.5 投标人对开标过程和开标记录有疑义、以及认为采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购单位对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.6 开标结束后，采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见以下第 25 条的相关要求）。合格投标人不足 3 家的，不得进入评标程序。

22.7 评标委员会成员不得参加开标活动。

23. 评标委员会

23.1 采购单位根据项目的要求组织评标委员会对各投标人的投标文件进行评审,评标委员会由技术专家、采购人代表(是否派采购人代表视项目具体情况而定)组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

24. 投标文件的澄清

24.1 在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

24.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.3 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25. 投标文件的初审

25.1 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定,对投标文件中的资格证明等进行审查,以确定投标人是否具备投标资格。
- 符合性检查指依据招标文件的规定,对通过资格审查的投标人的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

25.2 如投标文件存在算术错误,将按以下方法更正:(1)开标时,“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的,以“投标一览表”为准;(2)大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;(5)同时出现两种以上不一致的,按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第 24 条的规定经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。

25.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则,评标委员会可以接受,但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

25.4 在详细评标之前,根据本须知第 25 条的规定,评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符,没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对,例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容,而不寻求外部的证据,但有关购买招标文件信息查询、信用查询除外。

25.5 不符合资格要求的投标或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其成为有效投标。如发现下列情况之一的,其投标将被视为无效投标:

- 不满足技术规格书中主要参数的(有其他说明的除外);
- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;
- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件要求提供合格的资格证明文件的；
- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.6 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 不同投标人的投标文件相互混装；
- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26. 投标的评价

26.1 评标委员会将按照本须知第 25 条规定，只对确定为有效的投标进行评价和比较。对投标文件的评价采用综合评分法（详见本文件第七章《评标办法》）。

26.2 最低投标价不是中标唯一条件。

27. 保密原则及责任

27.1 有关人员对标评情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27.2 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

六 确定中标人及授予合同

28. 确定中标人

28.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以评标价格低的投标人为中标人；评标价格相同的，以技术部分得分高的投标人为中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.2 中标人确定后，采购代理机构在政府采购指定媒体进行中标结果公告，并同时向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出未中标通知书。

28.3 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

28.4 因不可抗力或中标人拒绝与采购人签订合同或中标人不能履约等情形，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人的名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29. 签订合同

29.1 中标人应在中标通知书发出之日起 30 天内按照招标文件和中标人投标文件的规定与采购人签订采购合同；所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3 关于合同中卖方的约定：如中标产品为关境内产品，中标人即为合同卖方；如中标产品为关境外产品，外贸合同中的卖方应为中标产品的境外制造厂家或中标人指定的境外公司。

30. 更改采购数量的权力

30.1 采购人在授予合同时有权在“投标资料表”规定的幅度内对“采购需求”中规定的采购数量予以调整，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

七 其它

31. 废标、评标停止及采购终止

31.1 在采购过程中，出现下列情形之一的，项目应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 因重大变故，采购任务取消的。

31.2 废标后，采购单位公布废标理由。

31.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与采购单位沟通并作书面记录。采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

31.4 采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

32. 合同公示

32.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条关于应将政府采购合同公告的规定，中标人应按“投标资料表”中的关于发送合同。

33. 质疑

33.1 有关质疑的具体联系方式见本招标文件第一章中采购代理的有关联系方式。

33.2 对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。

33.3 有关质疑的具体规定按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）执行。

34. 其他未尽事宜

34.1 其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关政府采购的规定进行处理。

第四章 合同协议书及条款

（最终文本以与采购人签订的合同文本为准）

采购编号：_____

包号：_____

采 购 合 同

项目名称：_____

货物名称：_____

采 购 人（甲方）：_____

中标供应商（乙方）：_____

签 署 日 期：____年__月__日

合 同 书

_____ (买方) _____ (项目名称) 中所需 _____ (货物名称),
经 _____ (招标代理机构) 以 _____ 号招标文件在国内 _____ (公开/邀请) 招标。经评
审委员会评定 _____ (卖方) 为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件, 签
署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释,
组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件(含澄清文件)
- e. 招标文件(含文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物: _____

数 量: _____

3、合同总价

本合同总价: 人民币 _____ 元

分项价格: 详见分项报价表

4、付款方式

(一) 国内产品

货到且验收合格后 30 天内付 100%款, 即:

人民币 _____ 元 (大写), _____ 元 (小写);

(二) 进口产品

1. 合同签订后, 按照 100%信用证方式 (L/C) 支付;
2. 发货后, 凭装运单据付合同金额的 90%;
3. 产品安装验收合格并无故障运行 3 个月后, 由买方组织验收小组进行验收; 验收合格后, 凭最
终验收报告结付合同金额的 10%余款。
4. 设备保修期自验收合格之日起计。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间: 合同签订后 内

交货地点: _____

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买方：_____ (印章)

卖方：_____ (印章)

年 月 日

年 月 日

授权代表(签字)：_____

授权代表(签字)：_____

地址：_____

地址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

电话：_____

电话：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

税号：_____

合同一般条款

1 定义

本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
- 1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的设备，包括技术说明、手册等其它相关资料。
- 1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- 1.5 “买方”系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。
- 1.7 “现场”系指合同约定货物将要实施和安装调试的地点。
- 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
- 1.9 上述术语的具体内容须与投标文件一致。

2 技术规范

- 2.1 提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其报价文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3 知识产权

- 3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4 交货方式

- 4.1 交货方式为现场安装、调试，一切费用均由卖方负责。

5 付款条件

按合同约定。

6 技术资料

- 6.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：合同生效后，卖方应按买方要求随时提供技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7 质量保证

- 7.1 卖方须保证货物是按照采购文件要求开发的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
- 7.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装能够正常调试运转。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

- 7.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在故障，包括潜在的故障或使用不符合要求等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 4 小时内应针对故障做出响应。
- 7.4 如果卖方在收到通知后_____内没有响应，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
- 7.5 除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自系统开发完成通过最终验收起不少于_____个月。质保期须与投标文件一致。

8 检验和验收

- 8.1 在交货前，中标人应对货物的系统功能及相关软件等进行详细而全面的测试，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。
- 8.2 货物运抵现场后，买方应在根据系统开发情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。
- 8.3 买方有在系统开发及安装调试过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

9 索赔

- 9.1 如果中标人提供的货物与合同不符，或在第 7.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。
- 9.2 在根据合同第 7 条和第 8 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列方式解决索赔事宜：
- 9.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
- 9.3 如果在买方发出索赔通知后___天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后___天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 9.2 条规定的方法解决索赔事宜，买方将从合同尾款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

10 延迟交货

- 10.1 卖方应按照“采购需求”中买方规定的时间表交货和提供服务。
- 10.2 如果卖方无正当理由延迟交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
- 10.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

11 违约赔偿

- 11.1 除合同第 15 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，

买方有权解除合同。

12 不可抗力

- 12.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
- 12.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方,并在事故发生后 3 天内,将有关部门出具的证明文件送达另一方。
- 12.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商在 3 日内达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

13 税费

- 13.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

14 合同争议的解决

- 14.1 因合同履行中发生的争议,合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的,可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 14.2 仲裁裁决应为最终裁决,当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的,另一方可以申请人民法院强制执行。
- 14.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外,应由败诉方负担。

15 违约解除合同

- 15.1 在卖方违约的情况下,买方可向卖方发出书面通知,部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。
 - 15.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内,提供全部或部分货物,按合同第 12.1 的规定可以解除合同的;
 - 15.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的;
 - 15.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
 - 15.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:
 - 15.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。
 - 15.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程,以谎报事实的方法,损害买方的利益的行为。
- 15.2 在买方根据上述第 15.1 条规定,全部或部分解除合同之后,应当遵循诚实信用原则,全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务,卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的,卖方应继续履行合同中未解除的部分。

16 破产终止合同

- 16.1 如果卖方破产导致合同无法履行时,买方可以书面形式通知卖方,单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

17 转让和分包

17.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2 经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在报价文件中载明。

18 合同修改

18.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

19 通知

19.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20 计量单位

20.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

21 适用法律

21.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22 合同生效和其它

22.1 本合同应在双方签字后生效。

22.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 1) 供货范围及分项价格表
- 2) 技术参数表
- 3) 交货时间及交货批次
- 4) 服务承诺

22.3 本合同一式____份，具有同等法律效力。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5 买方：本合同买方系指：_____

1.6 卖方：本合同卖方系指：_____

1.7 现场：本合同项下的货物安装调试地点位于：_____

4、交货方式

4.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

5、付款条件：按合同约定。

6、合同生效后，卖方应按照买方要求随时提供将技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7、质量保证及售后服务：

7.1、_____。

各设备或软件质保情况见下表。

名称	质保期限	备注

7.2、由于甲方使用不当、未被授权的拆卸、意外事故所造成的设备损坏，不在保修范围之内。在保修期内如出现产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。

7.3、保修期后，乙方提供有偿服务，适当收取零配件和服务费。乙方收取的零配件价款或服务费用不得高于同类产品或服务的市场通行价格。

7.4、乙方在设备保修期内，每年定期上门做系统维护。

8、检验和验收：

货物运抵现场后，买方应根据具体情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

9、索赔：

如果在买方发出索赔通知后___天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后___天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 9.2 条规定的方法解决索赔事宜，买方将从合同尾款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

10、不可抗力：

10.1 不可抗力通知送达时间：事故发生后___天内。

附：分项价格表

附：技术参数表

附：质保、售后服务、培训等内容

第五章 政府采购政策功能

一、关于小、微企业及产品

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

- a. 如报价人为小型、微型企业，对其所投货物（或服务）为小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，扣除后的价格为其评标价；
- b. 如报价人为联合体，并且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，可给予联合体 2% 的价格扣除，扣除后的价格为评标价；
- c. 报价人应在报价分项报价表中写明属于小型和微型企业产品的单价和小计，并如实填写下附的“小微企业声明函”；
- d. 对未在文件中写明或未填写“小微企业声明函”的或填写后未能够证实的，在价格评审时不予考虑。

小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

（1）按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。

（2）本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的服务包括：

（服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物/服务包括：

（供应商名称、货物/服务名称、数量及价格，可列表描述）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

二、关于节能产品、环境标志产品

财 政 部 国家发展改革委 生态环境部 市场监管总局 文件

财库〔2019〕9号

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局

关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局）、生态环境厅（局）、市场监管部门，新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环境保护局、市场监管局：

为落实“放管服”改革要求，完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，优化供应商参与政府采购活动的市场环境，现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下：

一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产

品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。

二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况，市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则，逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度，推行“双随机、一公开”监管，建立认证机构信用监管机制，严厉打击认证违法行为。

四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合

条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

六、本通知自 2019 年 4 月 1 日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70 号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73 号）同时停止执行。

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局

2019 年 2 月 1 日

财 政 部 文 件 发 展 改 革 委

财库〔2019〕19号

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：[节能产品政府采购品目清单](#)

财政部 发展改革委

2019年4月2日

财 政 部 文 件 生 态 环 境 部

财库〔2019〕18号

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：[环境标志产品政府采购品目清单](#)

财政部 生态环境部

2019年3月29日

三、关于监狱企业

财 政 部 文 件
司 法 部

财库〔2014〕68号

**财政部 司法部关于政府采购支持
监狱企业发展有关问题的通知**

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心；全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，

- 1 -

减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应

当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。



四、关于促进残疾人就业的政府采购政策

财 政 部 民 政 部 文 件 中国残疾人联合会

财库〔2017〕141号

财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进 残疾人就业政府采购政策的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相

— 1 —

关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），

并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的

有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

附件：残疾人福利性单位声明函



附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加-----单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）:

日期:

第六章 附件一投标文件格式

注意事项:

- 1、 “投标资格证明文件”单独装订成册（仅需正本一份，投标多个包时也只需一份），与开标一览表原件、投标分项报价表原件及投标保证金凭据复印件一起密封后在开标时单独递交；
- 2、 “投标文件”须提供一份正本及投标人须知资料表中规定份数的副本；
- 3、 投标文件单本文件厚度不超过 5 厘米时不必分册装订。
- 4、 请严格按照规定格式编制，否则有可能导致投标文件无效。

中国科学院大学材料学院教学实验室设 备采购

资格证明文件

采购编号：BIECC-ZB7059

投标人： _____（名称并公章）

20__年__月__日

一、法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件

提供营业执照（事业单位投标的提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标的提供执业许可证、自然人投标的提供身份证）复印件。

二、与采购项目的关系申明

我公司（ 是 否）为本采购项目的第____包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人(盖章): _____

投标人授权代表签字: _____

日期: _____

三、纳税证明

提供开标日前三个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件的复印件证明其依法免税。

四、社会保障资金缴纳记录

提供最近三个月内任意一个月的社会保障资金缴纳记录（证明材料可以是投标人缴纳社会保障资金的入账票据凭证、缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等）的复印件。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件的复印件证明其不需要缴纳社会保障资金。

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 1、提供书面申明或相关证明材料；证明材料可以是文字描述、图纸或数据等；
- 2、如果招标文件的《技术/服务需求》中对设备和专业技术能力提出了明确要求，则投标人须按要求提供相关证明材料。

六、近三年无重大违法记录声明

我公司近三年在经营活动中无重大违法记录，即：未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。

特此声明。

投标人(盖章): _____

投标人授权代表签字: _____

日期: _____

七、投标人的资信证明

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明。

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位 2018 年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（提供审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表即可）。

2、如投标人无法提供上述年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件（银行资信证明可不受受人和项目的限制）。若提供的是复印件，采购单位保留审核原件的权利。

3、成立一年内的公司可提交验资证明复印件。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

八、投标人信用记录截图及承诺

在投标截止时间前的5个工作日内通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询的信用记录查询网页（查询网页必须查询到出现如下样式，如网站改版，以改版后的最新样式为准）：

信用中国
CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入企业/法人名称或统一社会信用代码查询

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 标准规范 | 信息公示 | 信用服务 | 联合奖惩 | 专项治理
诚信文化 | 行业信用 | 城市信用 | 校园诚信 | 信用研究 | 信用刊物 | 个人信用 | 网站导航

北京国际工程咨询有限公司 [查看](#) [异议/纠错](#)

统一社会信用代码: 911101021016108447
地址: 北京市西城区广安门外大街甲275号
报告查看时间: 2019年03月01日

[下载报告](#) 分享到

风险提示: 本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务, 查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价, 仅供参考, 请注意识别和防范信用风险。

信息概览 行政许可 0 行政处罚 0 守信红名单 0 重点关注名单 0 黑名单 0

基本信息

工商注册号: 110104001504419
法人信息: 付军
成立日期: 1985/01/05
企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
登记机关: 北京市工商行政管理局

信用修复指南
行政处罚信用修复

联系我们
电话: 010-63361610 / 010-63355921

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线: 400-810-1996

中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页 | 政策法规 | 购买服务 | 监督检查 | 信息公告 | GPA专栏 | PPP频道

当前位置: 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录
http://www.ccgp.gov.cn

企业名称: 北京国际工程咨询有限公司
执法单位: 处罚日期: 至

[查找](#) [重置](#)

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录 本次查询的企业: 北京国际工程咨询有限公司 本次查询的时间: 2019年03月01日 09时15分									

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

我公司承诺：采购人或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我公司完全接受由此查询的结果（截止时点为投标截止时间），特此声明。

投标人(盖章)：_____

投标人授权代表签字：_____

日期：_____

九、投标人关联单位列表

请列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、被控股、管理关系的单位等信息，完成下表。


如本表涉及的情况不存在，请在一、二项下填写“无”。

序号	供应商名称	统一社会信用代码	法定代表人	投资金额 (元)	所占比例 (%)	是否参加本包的投标
一	单位负责人为同一人的供应商					
1				/	/	
2				/	/	
...				/	/	
二	存在直接控股、被控股、管理关系的供应商					
1						
2						
3						
...						

投标人(盖章): _____

投标人授权代表签字: _____

日期: _____



正 本
 副 本

中国科学院大学材料学院教学实验室设 备采购

投 标 文 件

采购编号：BIECC-ZB7059

投标人：_____（名称并公章）

20 年 月 日

一、法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件

提供营业执照（事业单位投标的提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标的提供执业许可证、自然人投标的提供身份证）复印件。

二、法定代表人授权书(格式)

(自然人投标时无需提供)

本授权书声明：注册于(国家或地区的名称)的(公司名称)的在下面签字的(法人代表姓名、职务、身份证号码)代表本公司授权(单位名称)的在下面签字的(被授权人的姓名、职务、身份证号码)为本公司的合法代理人，就(项目名称)的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章_____

被授权人签字或盖章_____

公司盖章：_____

下附：

被授权人身份证复印件：

商务文件

一、投标书（格式）

致：中国科学院大学

根据贵方为招标货物/服务的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本____份：

- a) 资格证明文件。
- b) 商务文件。
- c) 技术文件。
- d) 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件要求提供的有关文件。
- e) 以形式出具的投标保证金，金额为人民币_____元。

据此，签字代表宣布同意如下：

(1) 附投标价格表中规定的第____包的应提交和交付的货物/服务投标总价为：____（用文字和数字表示的投标总价及货币单位）。

(2) 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

(3) 投标人已详细审查全部招标文件，包括第____号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(4) 本投标有效期为自开标日起____个日历日。

(5) 在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

(6) 我方承诺，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购单位的附属机构。在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(7) 投标人同意提供按照贵方要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 传 真：_____

电话：_____ 电子函件：_____

投标人(盖章)：_____

投标人授权代表签字或盖章：_____

日期：_____

二、投标一览表

项目名称: _____ 采购编号: _____ 包号: _____

包号	投标总价	交货期	质量保证期	投标保证金	备注
	(小写及货币单位) (大写及货币单位) 其中: <u>属于小型和微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的价格合计:</u> _____ _____			金 额 及 形 式	<u>是否属于小(微)型企业或监狱企业或残疾人福利性单位? 如果是,请在“投标一览表”后附上《小型微型企业声明函》或监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》</u>

投标人(盖章): _____

投标人授权代表签字或盖章: _____

日期: _____

备注: 1、此表还需另行制作一份原件,与投标分项报价表原件、资格证明文件正本及投标保证金或其交纳凭据/证明的复印件一起密封后在开标时单独递交以供开标时唱标用。

2、此表中的投标总价应与“投标书”及“投标分项报价表”中的总价相一致。

二--1、投标一览表附件

(如适用)

《小型微型企业声明函》原件和/或属于监狱企业的证明文件复印件和/或《残疾人福利性单位声明函》原件

三、投标分项报价表

投标分项报价表——关境内产品

项目名称: _____

采购编号: _____

包号: _____

投标货币: 人民币元

序号	名称	产地	生产厂家	品牌	规格/型号	数量	单价	总价	是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品
一	主机和标准附件								
1									
2									
...									
二	安装、调试、检验								
三	培训								
四	技术服务								
五	至最终目的地运保费								
六	其他								
七	总价								
其中: 属于小型和微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的价格合计: _____									

投标人(盖章): _____

投标人授权代表签字或盖章: _____

日期: _____

备注说明:

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细分项报价,可另页描述。
4. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用,采购人将不再支付其他费用。

5. 国产的货物及其有关服务的报价应包括制造、装配和发运货物至交货地点所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税、增值税及其它税费。报价币种为人民币。

6. 在中华人民共和国关境内提供的进口货物及服务的报价应包括向中华人民共和国政府缴纳的进口关税和进口环节增值税、消费税等。报价币种为人民币。

7. 此投标分项报价表还需另行制作一份原件，与投标保证金或其交纳凭据/证明的复印件、投标一览表原件及资格证明文件正本一起密封后在开标时单独递交以供开标时唱标用。

投标分项报价表——关境外产品

项目名称: _____ 采购编号: _____ 包号: _____

投标货币: _____

序号	名称	产地	生产厂家	品牌	规格/型号	数量	单价 (CIP 北京)	总价 (CIP 北京)	备注	
一	主机和标准附件									
1										
2										
...										
二	安装、调试、检验									
三	培训									
四	技术服务									
五	进口环节税									
1	关税	计算过程（可另页说明）及结果							如适用	
2	增值税	计算过程（可另页说明）及结果							如适用	
3	消费税	计算过程（可另页说明）及结果							如适用	
六	总价	（须包含上述所有项目的费用）								
七	外贸合同中的卖方应为中标产品的境外制造厂家或中标人指定的境外公司，现明确卖方为： <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>									

投标人(盖章): _____

投标人授权代表签字或盖章: _____

日期: _____

备注说明:

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 根据《关于“十三五”期间支持科技创新进口税收政策的通知》（财关税〔2016〕70号）、《关于支持科技创新进口税收政策管理办法的通知》（财关税〔2016〕71号）、《关于公布进口科学研究 科技开发和教学用品免税清单的通知》（财关税〔2016〕72号）的规定，符合减免税政策的科研设备和教学用品，投标报价中不包含向中华人民共和国政府缴纳的进口关税和进口环节增值税、消费税；对于用于科

研、教学的图书、资料等，免征进口环节增值税。

3. 如投标产品/服务应包括相关的进口环节税，请在上表“五”中列明；

4. 如涉及到加征的关税，投标报价应当包含加征关税，并另文清晰注明商品编码、加征税率、加征税率的出处、计算过程及结果等必要信息。投标报价应当包含加征关税而未包含，是投标人的风险，视为已考虑在投标报价中。

5. 从中华人民共和国关境外提供货物及服务的报价：CIP 北京。不包括海关杂费及货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费等；不包括外贸代理费；不包括应向中华人民共和国政府缴纳的进口关税和进口环节增值税、消费税等（适用于符合减免税政策的情况下）。报价币种为美元、欧元、英镑或日元。

6. 进口代理公司由中国科学院大学确定。

7. 此投标分项报价表还需另行制作一份原件，与投标保证金或其交纳凭据/证明的复印件、投标一览表原件及资格证明文件正本一起密封后在开标时单独递交以供开标时唱标用。

8. 临时特别条款：投标人所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征的关税。加征关税的商品清单及税率以国务院税则委员会发布的最新有效公告为准。投标报价应当包含加征关税而未包含，是投标人的风险，视为已考虑在投标报价中。

四、投标保证金或其交纳凭据/证明的复印件

此投标保证金或其交纳凭据/证明的复印件还应与一份另行制作的投标一览表原件、投标分项报价表原件及资格证明文件正本一起密封后在开标时单独递交以供开标时唱标用。

五、商务条款偏离表

项目名称: _____ 采购编号: _____ 包号: _____

(仅需列出偏离项。如无任何偏离, 请注明“无偏离”)

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

投标人(盖章): _____

投标人授权代表签字或盖章: _____

日期: _____

六、各类认证

提供投标人的或投标核心产品制造商的有效期内的职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、质量管理体系认证证书的复印件。

七、近 2 年同类业绩

近 2 年是指从 2017 年 01 月 01 日起计算，以合同签订日期为准，提供合同主要页（合同名称、甲乙双方签字盖章页、主要货物/服务内容页、合同金额页等）的复印件。提供的复印件中的主要页不全、要求的信息不完整的，该合同在评标时不予考虑。

序号	项目名称	主要内容	合同金额	甲方名称	甲方联系人及电话	合同签订日期
1						
2						
3						
...						
/	/	合计:		/	/	/

投标人(盖章): _____

投标人授权代表签字或盖章: _____

日期: _____

技术文件

一、 技术条款偏离表

项目名称: _____ 采购编号: _____ 包号: _____

(对采购需求中各品目货物的“技术要求”的逐条应答)

投标人(盖章): _____

投标人授权代表签字或盖章: _____

日期: _____

二、 货物/服务说明一览表

项目名称: _____

采购编号: _____

包号: _____

序号	货物/服务名称	主要规格/配置说明	数量	其他

投标人(盖章): _____

投标人授权代表签字或盖章: _____

日期: _____

注: 各项详细技术需求可另页描述。

三、 项目实施方案

投标人(盖章): _____

投标人授权代表签字: _____

日期: _____

四、 安装调试及培训方案

投标人(盖章): _____

投标人授权代表签字: _____

日期: _____

五、 售后服务方案和承诺

投标人(盖章): _____

投标人授权代表签字: _____

日期: _____

六、 节能产品、环境标志产品清单

属于政府强制采购的节能产品范围内的（见本文件第五章之二、关于节能产品、环境标志产品），投标产品必须为强制节能产品。

此外，投标产品属于政府优先采购范围内的节能产品或环境标志产品的，须按本文件第七章评分表中的第 4.1 的要求提供，否则不予考虑。

七、 技术文件/图纸/产品彩页/网页截图等

(如果有)

八、 采购需求/评分办法中需要提供的其他文件

提供的相关证明材料请标明在采购需求中对应的编号，以便查对。

第七章 评标办法

评标办法

一、有关说明

(一) 价格扣除及加分项

1、关于小微企业及产品

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

a. 如投标人为小型、微型企业，对其所投货物（或服务）为小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，扣除后的价格为其评标价；

b. 如投标人为联合体，并且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价；

c. 投标人应在投标分项报价表中写明属于小型和微型企业产品的单价和小计，并如实填写附件中“小微企业声明函”；

d. 对未在投标一览表中写明或未填写“小微企业声明函”的或填写后未能够证实的，在价格评审时不予考虑。

2、关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

3、关于节能产品、环境标志产品：按规定加分。

4、关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、以上具体内容详见本文件第五章。

(二) 有关同品牌产品投标情况处理（本项目适用）

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等在本文件第八章《采购需求》中确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

(三) 评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(四) 评标结果的修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

二、评分办法：

本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标分包进行评审，以每包排名最高的前3名投标人依次作为该包中标候选人的评标方法。每个评委分包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入。投标人排名按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重具体如下：

序号	评审因素及说明	分值
一、商务部分(15分)		
1.1	投标文件：按招标文件格式编制。有目录、页码无错乱，便于查阅的得1分。标题、编号、正文、表格等排版规范，便于理解的得1分。每出现一个错误扣0.2分，扣完为止。无目录页码的本项得0分。	2
1.2	投标人或投标核心产品制造商的各类管理体系认证：具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每项1分，最多3分。	3
1.3	投标人近2年同类业绩：每提供一个符合要求的业绩的得2分，最多得10分。	10
二、技术部分(53分)		
2.1	技术性能：综合考虑货物的质量性能、技术指标、提供的证明材料（如要求提供）等情况，满足全部招标要求的，得基本分38分；对★技术指标的每一项负偏离扣3分，对#技术指标的每一项负偏离扣2分，对其他技术指标的每一项负偏离扣1分。扣至0分为止。	38
2.2	实施方案：考虑项目的实施方案（交货、安装、调试及培训等内容。）完全满足用户实施需求得5分，相比略有不足得3分，较大不足得1分。基本未提供得0分。	5
2.3	质量保证：质保期满足招标文件要求的得3分，每增加1年的加1分，最多加2分。增加的质保期不足1年的按内插法计算。质保期不满足招标文件要求的得0分。	5
2.4	售后服务方案：提供完善合理的售后服务方案，根据项目特点，综合考虑针对性、响应时间等因素，针对性强得5分，相比略有不足得3分，较大不足得1分。基本未提供得0分。	5
三、价格(30分)		
3.1	以符合招标文件要求的最低投标价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标价格）×30。	30
四、节能环保(2分)		
4.1	每有一项产品为政府采购节能产品（强制节能产品除外）或环境标志产品的得0.5分，最多得2分。投标人须提供所投货物列入国家发展和改革委员会、财政部发布的“节能产品政府采购清单”，且认证证书在有效截止日期内否则不予考虑。	2

第八章 采购需求

一、采购一览表

货物名称	是否核心产品	数量	预算	交货期	备注
01包：教学设备 1					
单工位手套箱	是	1 台	人民币 45.00 万 元	合同签订后 1 周内交货	不接受进口产品投标
分析天平		2 台			
旋转蒸发器		2 台			
隔膜真空泵		2 台			
冷却水循环装置		2 台			
LCD 数控加热型 7 寸 方盘磁力搅拌器		16 台			
通风柜滴定架		16 台			
铁架台		38 台			
真空泵		16 台			
02包：单面双工位手套箱					
单面双工位手套箱	是	1 台	人民币 18.00 万元	合同签订后 1 周内交货	不接受进口产品投标
03包：教学设备 2					
紫外 LED 光源	是	1 台	人民币 6.07 万元	合同签订后 1 个月内交 货	接受进口产品投标（若涉及 惩罚性关税，由中标人负担）
蓝光 LED 光源		1 台			
荧光光谱仪恒温水域 支架附件		1 台			
荧光光谱仪固体高温 测试附件		1 台			
烘箱		1 台			
分析天平		1 台			
04包：高性能数据处理器					
高性能数据处理器	是	1 台	人民币 5.65 万元	合同签订后 1 个月内交 货	接受进口产品投标（若涉及 惩罚性关税，由中标人负担）
05包：教学设备 3					
数据采集模块	是	1 套	人民币 25.00 万元	合同签订后 3 个月内交 货	接受进口产品投标（若涉及 惩罚性关税，由中标人负担）
任意函数信号发生器		1 套			

备注：投标人可以对上述一个包或几个包进行投标，但不得只投标某个包中的一部分，否则将被视为不完整的投标而予以拒绝。

二、总 则

1、投标要求

1.1 投标人在准备投标文件时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、

目录号。

1.2 投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3 投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1 除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标文件中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标总价中。

2.2 对于招标文件技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标文件中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。投标人也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。

2.3 为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后 60 天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标总价中。

2.4 关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标总价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5 制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6 在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1 适于在气温为摄氏 $-20^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$ 和相对湿度为 90%的环境条件下运输和贮存。

3.2 适于在电源 220V ($\pm 10\%$) /50Hz、气温摄氏 $+15^{\circ}\text{C}\sim+30^{\circ}\text{C}$ 和相对湿度小于 80%的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4 如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标文件中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收，如卖方届时不派人参加，则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，买方有权要求卖方负责更换。

4.2 验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关

责任。

4.3 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格：

分包叙述如下。

01包 教学设备 1

品目 1-1: 单工位手套箱

用途:

在科学研究及实验过程中,水氧对实验的结果会产生很大的影响,为了得到无水无氧的惰性气氛环境,我们需要对惰性气氛中的水氧进行处理。手套箱的气体净化系统中填充高效的分子筛和铜触媒,分别用于吸附惰性气体中的水分和氧气,通过密闭气体循环,经过净化材料的吸附作用,提供一个近乎无水、无氧的操作环境,其设计目的是为研发人员提供一个无水、无氧的惰性操作空间,工作气体为氮气、氩气或氦气。

详细可量化的技术参数:

一、箱体要求:

1. 箱体尺寸(长×宽×高) 1200mm×600mm×900mm
2. 箱体泄漏率 $\leq 0.001\text{vol\%/h}$,符合 ISO 10648-2 国际标准;在客户现场提供检测,并需向用户演示相关检测设备或方法、软件及检测效果图;
3. 一个过渡舱,尺寸 $\Phi 260 \times 400\text{mm}$,过渡舱可自动完成多次抽充程序;

二、气体净化系统要求:

主机系统采用模块化设计,包含 PLC 控制器、电路、循环泵、净化柱、操作面板,构成紧凑、简约,与手套箱通过波纹管和卡箍连接,详细说明如下:

1. 水氧净化系统
2. 可得气体纯度:水 $< 1\text{ppm}$,氧 $< 1\text{ppm}$;
3. 真空泵,真空度可达 $2 \times 10^{-3}\text{mbar}$,抽速为 $12\text{m}^3/\text{h}$;
4. 水探头

检测范围 0-1000ppm(可转化为 ppm 在触摸屏上显示),精度 0.2ppm;专为手套箱气氛设计,耐腐蚀,PLC 集成控制,感测数据直接显示在主机屏幕上,使用时间 5 年以上;

5. 氧探头

检测范围 0-1000ppm,精度 0.2ppm;专为手套箱气氛设计,耐腐蚀,PLC 集成控制,感测数据直接显示在主机屏幕上,氧探头为化学燃料电池,使用时间 5 年以上;

6. 有机溶剂吸附装置

用来吸附箱体挥发出来的有机溶剂,主要填充材料为:活性炭;填充量: $\geq 5\text{kg}$;

7. 在关掉循环风机或断电情况下,手套箱内水、氧含量上升速度不超过 2ppm/h;

★8. 可自动监测手套箱泄漏率:设定自动监测,PLC 将根据用户的设定,每天自动在设定的时间对箱体的泄漏进行检测和报告泄漏率,如超过设定值,系统会弹出窗口,警告用户泄漏率超标,这样能及时发现问题破损的手套和密封条等情况;

附件、备件及消耗品

随机耗材:净化材料、有机溶剂吸附材料、原装正空泵油两桶($\geq 4\text{L}$ 装)、气瓶用的减压阀 2 个、丁基橡胶手套 2 副。

设备安装调试

1、到货后 1 周内到达用户现场安装、调试；

2、验收时进行现场测试；

技术培训

提供为期 1 天的技术培训，包括：提供中文版操作规程或作业指导书、仪器的工作原理、仪器系统的参数设定、常见故障处理方法等。

售后保修

1、整机免费保修 1 年，保修期内，维修费、零件费、维修工程师差旅费全免。

2、由供货商或生产商负责仪器终身维修，仪器一旦出现故障，24 小时内对产生故障原因给出明确答复，并在 48 小时内派维修人员到达现场维修或者提供相同型号的设备备用，直到仪器故障排除。

交货地点时间

地点：雁栖湖东校区 时间：合同签订后 1 周内

技术支持

有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

品目 1-2：分析天平

用途：用于精确称重；

详细可量化的技术参数、

1. 称量范围：0.1mg-120g；

2. 显示分辨率：0.1mg；

3. 重复性：0.1mg；

4. 限行误差：0.2mg；

5. 秤盘直径：90mm；

6. 稳定时间：2s；

7. 灵敏度温度飘移：2.0 ppm/°C

8. 校准：内部校准；

设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。

技术培训

为买方免费培训使用仪器的技术人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

售后保修

提供 1 年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前 1 个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

质保期内，卖方接到买方故障信息后在 2 小时内予以响应，并在 24 小时内到达买方现场，排除故障，

免费更换损坏零件和服务。

在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应。

验收标准

按照招标技术参数进行验收；

交货地点时间

地点：雁栖湖东校区 时间：合同签订后 1 周内

技术支持

在北京有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

软件升级

如生产厂家软件升级，卖方应免费向用户提供仪器软件的更新。

品目 1-3：旋转蒸发器

用途

减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂，实现样品浓缩

详细可量化的技术参数

1. 旋蒸主机及整套配置内的其他产品来自同一厂家，方便后期产品维护
- ★2. 可通过按键操作轻松控制旋转蒸发器上下移动，如遇停电试料瓶自动升至最高从而避免在浴槽中长时间加热
3. 浴锅温度调节范围：室温+5 °C~180 °C
4. 浴锅温度调节精度：• ±1.5 °C（水）± 3 °C（油）
5. 浴锅温度控制：微电脑 ON-OFF 控制
6. 浴锅加热功率：1.05 kW
7. 浴锅温度设定及显示方式：薄膜按键输入，数字显示
8. 蒸发能力：Max. 25 mL/min(水蒸发量)
9. 回转速度：5~280 rpm
10. . 转速设定 • 显示：旋钮设定 • 数字显示
11. 管路连接口径：接口外径 10 mm
12. 旋转轴用电机采用步进马达
13. 升降方式：电动升降（110 mm）+手动辅助延长（130 mm）
14. 通过手动可进一步调节主机高度，便于连接防爆球
- ★15. 升降键设置在旋转蒸发器主机底座前侧，在通风厨内使用时仅需很小开口就可操作，避免通风厨内有机气体外泄
- ★16. 冷凝管：斜式双层冷凝管 • 冷却面积≥0.146 m²
17. 冷凝管上滴下冷凝液不会通过放气阀导管或旋转轴回流到试料瓶
18. 与真空控制器配套使用，设定适合的真空度，连接时可实现冷却水循环装置、浴槽、真空泵的联动
19. 外部输入 • 输出：用通信端子、冷却水循环装置用连接端子

- 20. 回收瓶：球型瓶 1 L 球磨口
- 21. 试料瓶：梨型瓶 1 L 标准磨口
- 22. 旋转轴：内径 18×全长 178 mm
- 23. 真空密封垫：特氟龙密封垫，耐腐蚀和耐久性能
- 24. 使用环境温度：5~35 °C

设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。派遣有丰富经验的高水平技术人员前往用户现场进行仪器的安装调试、现场培训操作人员及仪器相关的应用维护，并按照验收标准和使用说明书进行试用分析，实现仪器的全部功能，双方签字验收，并签署《验收调试报告》。

技术培训

负责最终用户的培训任务，培训内容包括仪器原理、基本操作、维护及基本维修。通过培训保证操作人员能独立操作、进行日常维护和简单的维修及故障诊断排除。

售后保修

售后服务：自验收之日起，提供 1 年的全免费保修（只负责非人为因素造成的仪器故障），保修期内所有维修费用及零配件费用全免（人为造成的要收取零配件成本价）；终身维修。

保修期内，除操作人员操作错误和非正常因素引起的仪器故障，一定在用户提出维修要求的 24 小时内对用户的 service 要求做出响应，用户提出维修要求的 48 小时上门服务。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，并在一个月以内彻底解决故障。验收标准

验收：保证所售货物为符合合同规定并出厂合格的全新产品，质量性能，技术指标和随机配置达到并符合该合同和制造商技术文件规定，交货时负责提供全套技术文件。

交货地点时间

地点：雁栖湖东校区 时间：合同签订后 1 周内

技术支持

在北京有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

品目 1-4：隔膜真空泵

用途

为旋蒸提供减压环境

详细可量化的技术参数

1. 隔膜真空泵及整套配置内的其他产品来自同一厂家，方便后期产品维护
2. 排气速度 (Low/High): 30 L/min
- ★3. 到达真空度: 10 hpa
4. 节约实验室放置空间，搬运移动带有内藏式扳手
5. 不会产生油回真空泵进水换油麻烦
- ★6. 根据用途设置了排气速度转换开关 (HIGH LOW) 设计，HIGH 为高速排气用，LOW

为静音减压用

★7. 标准配备了气振阀,打开气振阀可以把抽进隔膜泵内的有机溶剂通过气振阀排出,降低膜片损耗(气振阀打开时真空度会受到影响)

8. NVP 型真空泵可另配溶媒回收装置,排气过程中可对溶媒产生二次回收

9. 安全功能: 马达异常检知

10. 马达: 输出 90 W

11. 减压模式: 2 段

12. 接液部材质: 特氟龙、PPS、Kalrez

13. 吸排气接口: 外径 10 mm 管子(吸排气嘴方向任意改变)

14. 使用环境温度范围: 5~40 °C

设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用,自带必要的专用工具,安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担;仪器到达买方指定地点后,一周内执行安装调试直至达到验收指标。派遣有丰富经验的高水平技术人员前往用户现场进行仪器的安装调试、现场培训操作人员及仪器相关的应用维护,并按照验收标准和使用说明书进行试用分析,实现仪器的全部功能,双方签字验收,并签署《验收调试报告》。

技术培训

我公司负责最终用户的培训任务,培训内容包括仪器原理、基本操作、维护及基本维修。通过培训保证操作人员能独立操作、进行日常维护和简单的维修及故障诊断排除。

售后保修

售后服务: 自验收之日起,提供 1 年的全免费保修(只负责非人为因素造成的仪器故障),保修期内所有维修费用及零配件费用全免(人为造成的要收取零配件成本价);终身维修。

保修期内,除操作人员操作错误和非正常因素引起的仪器故障,在用户提出维修要求的 24 小时内对用户的维修要求做出响应,用户提出维修要求的 48 小时上门服务。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案,并在一个月以内彻底解决故障。验收标准

验收: 保证所售货物为符合合同规定并出厂合格的全新产品,质量性能,技术指标和随机配置达到并符合该合同和制造商技术文件规定,交货时负责提供全套技术文件。

交货地点时间

地点: 雁栖湖东校区 时间: 合同签订后 1 周内

技术支持

在北京有专职维修工程师和技术支持工程师,保证仪器的正常使用和技术咨询。

品目 1-5: 冷却水循环装置

用途

为旋蒸冷凝部分提供低温环境,回收溶剂

详细可量化的技术参数、

1. 冷却水循环装置及整套配置内的其他产品来自同一厂家,方便后期产品维护

2. 外形体积小，节约空间

★3. -20~30℃的温度设定范围可以用于多种用途，设备可放置通风柜内、实验台上

4. 可连接旋转蒸发仪，也可用于产业用器械、分析、计量仪器的发热部件的冷却，对应于多种用途、安全机能也更好

★5. 保冷管和循环接口可以安装拆卸，不需要使用软管卡箍，不会有漏液现象

★6. 循环接口的方向可以 360 度回转

7. 配有旋转蒸发仪和真空控制器的通信接口，通过真空控制器可联动整个系统

8. 循环方式：密闭式循环

9. 温度设定范围：-20~30 ℃

10. 温度调节精度：±2 ℃（-20~0 ℃设定时）±1 ℃（0~20 ℃设定时）

11. 冷却能力：450 W（at 10 ℃），310 W（at -10 ℃）

12. 外部循环能力（50/60 Hz）：最大流量 9/10 L/min，最大扬程 4.2/5.6 m

13. 温度控制：冷冻机 ON/OFF 控制

14. 温度设定·显示：薄膜按键设定·数字显示、最小值 1 ℃

15. 安全机能：漏电过电流保护，冷冻机过载保护回路，冷冻机保护定时器，温度调节器自我诊断机能，循环泵抗阻保护

16. 外部输入·输出：真空控制器用通信接口、旋蒸用通信接口

17. 冷冻机·冷媒：空冷式·输出 450 W·R404A

18. 冷却盘管：镀镍铜管

19. 外部循环接口：一触式连接 内径 10 mm 一触式管接口外径 10 mm

20. 使用环境温度：5~35 ℃

21. 电源：3.6 A、800 VA·AC 220 V、50 Hz

设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。派遣有丰富经验的高水平技术人员前往用户现场进行仪器的安装调试、现场培训操作人员及仪器相关的应用维护，并按照验收标准和使用说明书进行试用分析，实现仪器的全部功能，双方签字验收，并签署《验收调试报告》。

技术培训

我公司负责最终用户的培训任务，培训内容包括仪器原理、基本操作、维护及基本维修。通过培训保证操作人员能独立操作、进行日常维护和简单的维修及故障诊断排除。

售后保修

售后服务：自验收之日起，提供 1 年的全免费保修（只负责非人为因素造成的仪器故障），保修期内所有维修费用及零配件费用全免（人为造成的要收取零配件成本价）；终身维修。

保修期内，除操作人员操作错误和非正常因素引起的仪器故障，一定在用户提出维修要求的 24 小时内对用户的 service 要求做出响应，用户提出维修要求的 48 小时上门服务。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，并在一个月以内彻底解决故障。验收标准

验收：保证所售货物为符合合同规定并出厂合格的全新产品，质量性能，技术指标和随机配置达到并符合该合同和制造商技术文件规定，交货时负责提供全套技术文件。

交货地点时间

地点：雁栖湖东校区 时间：合同签订后 1 周内

技术支持

在北京有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

品目 1-6：LCD 数控加热型 7 寸方盘磁力搅拌器

用途

加热搅拌实验样品

详细可量化的技术参数

- ★1. 独立的安全回路控制系统，超过安全温度 580℃自动停止加热，保证用户使用安全。
- ★2. 余热警告功能，停止加热后，即使关闭电源开关，工作盘温度超过 50℃，显示屏即显示“Hot”，提醒用户盘面过热，当工作盘温度低于 50℃时系统自动关闭，避免余热对用户造成伤害。
- 4. RS232 数据传输口外接 PC，通过 PC 对仪器进行控制及记录温度、转速数据等。
- 5. 进口玻璃陶瓷盘面，耐高温耐腐蚀，加热不变形。
- 6. 电压 : 100-120/200-240
- 7. 频率 : 50/60
- 8. 功率 : 1050
- 9. 工作盘控温范围 [° C]: 室温-550, 步长 1
- 10. 工作盘控温精度 [° C]: $\pm 1 (<100^\circ \text{C}) \pm 1\% (>100^\circ \text{C})$
- 11. 外置温度传感器 PT1000 控温精确度 [° C]: ± 0.2
- 12. 最大搅拌量 (H2O) [L]: 20
- 13. 速度范围[rpm]: 100-1500
- 14. 转速显示分辨率[rpm]: ± 1
- 15. 工作盘尺寸[mm]: 184×184

设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。

技术培训

为买方免费培训使用仪器的技术人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

售后保修

提供 1 年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前 1 个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

质保期内，卖方接到买方故障信息后在 2 小时内予以响应，并在 24 小时内到达买方现场，排除故障，

免费更换损坏零件和服务。

在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应。

验收标准、

按照招标技术参数进行验收；

交货地点时间

地点：雁栖湖东校区 时间：合同签订后 1 周内

技术支持

在北京有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

品目 1-7：通风柜滴定架

用途

固定反应容器

详细可量化的技术参数

1. 滴定架尺寸为 1500mm*800mm*100mm 左右。
2. 滴定架为 304 不锈钢实芯材质，不锈钢实芯管直径 10mm，结构扣件也为不锈钢材质，边缘都进过圆角处理，无毛刺，坚固耐用。厂家需根据柜内尺寸测量定制。安装完毕后客户可以根据实际需要进行宽松调节。
3. 现有通风柜后导流板处底座为普通型，不兼容固定滴定架，需更换为新型底座，便于固定滴定架，新型底座既要承重架体竖向受力，也要承重架体横向、纵向受力。底座固定应充分考虑底座受力及滴定架所挂负重，避免实验过程中倾倒发生危险。
4. 滴定架需满足日常实验需要，布置不低于三横五竖布局，竖向支撑落地。具体根据实验室使用要求进行调整。
5. 滴定架应具有良好的强度和耐腐蚀性，满足日常实验室使用，不得有弯曲、破损、生锈情况。
6. 滴定架安装完毕后再将每个通风柜的环氧树脂台面进行开孔，通风柜箱体开孔，孔径为 DN40。要求保证表面完整，不要产生开裂、毛边、打滑伤漆现象。

设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。

技术培训

为买方免费培训使用仪器的技术人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

售后保修

提供 1 年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前 1 个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

质保期内，卖方接到买方故障信息后在 2 小时内予以响应，并在 24 小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。

在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应。

验收标准

按照招标技术参数进行验收；

交货地点时间

地点：雁栖湖东校区 时间：合同签订后 1 周内

技术支持

在北京有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

品目 1-8：铁架台

用途

固定反应容器

详细可量化的技术参数、

1. 底座尺寸为 300mm*180mm*25mm 左右。
2. 支杆尺寸为 600mm 左右
3. 铁架台应具有良好的硬度和稳定性，满足日常实验室使用，不得有弯曲、破损情况。

设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。

技术培训

为买方免费培训使用仪器的技术人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

售后保修

提供 1 年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前 1 个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

质保期内，卖方接到买方故障信息后在 2 小时内予以响应，并在 24 小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。

在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应。

验收标准

按照招标技术参数进行验收；

交货地点时间

地点：雁栖湖东校区 时间：合同签订后 1 周内

技术支持

在北京有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

品目 1-9：真空泵

用途

实验仪器抽真空

详细可量化的技术参数、

1. 极限真空度：<1Pa
2. 抽速：2L / S
3. 电压 单相 220V

附件、备件及消耗品

附件：真空转接头、卡箍。

消耗品原厂真空泵油

设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。

技术培训

为买方免费培训使用仪器的技术人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

售后保修

提供1年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

质保期内，卖方接到买方故障信息后在2小时内予以响应，并在24小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。

在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应。

验收标准

符合技术指标及规格

交货地点时间

地点：雁栖湖东校区 时间：合同签订后1周内

技术支持

在北京有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

02包 单面双工位手套箱

品目 2-1：单面双工位手套箱

用途

在科学研究及实验过程中，水氧对实验的结果会产生很大的影响，为了得到无水无氧的惰性气氛环境，我们需要对惰性气氛中的水氧进行处理。手套箱的气体净化系统中填充高效的分子筛和铜触媒，分别用于吸附惰性气体中的水分和氧气，通过密闭气体循环，经过净化材料的吸附作用，提供一个近乎无水、无氧的操作环境，其设计目的是为研发人员提供一个无水、无氧的惰性操作空间，工作气体为氮气、氩气或氦气。

详细可量化的技术参数、

一、箱体要求：

1. 箱体尺寸（长×宽×高）2400mm×750mm×900mm，由两节箱体法兰连接组成，便于卸货搬运。

★2. 箱体泄漏率 $\leq 0.001\text{vol}\%/h$ ，符合 ISO 10648-2 国际标准；可在客户现场提供检测，并需向用户演示相关检测设备或方法、软件及检测效果图；

3. 一个大过渡舱，尺寸 $\Phi 370 \times 600\text{mm}$ ，过渡舱可自动完成多次抽充程序；

4. 一个便捷型小过渡舱，尺寸 $\Phi 150 \times 300\text{mm}$ ，小过渡舱门，易操作，不易损坏；

二、气体净化系统要求：

主机系统采用模块化设计，包含 PLC 控制器、电路、循环泵、净化柱、操作面板，构成紧凑、简约，与手套箱通过波纹管和卡箍连接，详细说明如下：

1. 水氧净化系统

★2. 可得气体纯度：水 $< 1\text{ppm}$ ，氧 $< 1\text{ppm}$ ；

3. 真空泵，原装进口品牌，真空度可达 $2 \times 10^{-3}\text{mbar}$ ，抽速为 $12\text{m}^3/h$ ；

4. 水探头

原装进口，检测范围 $0-1000\text{ppm}$ （可转化为 ppm 在触摸屏上显示），精度 0.2ppm ；专为手套箱气氛设计，耐腐蚀，PLC 集成控制，感测数据直接显示在主机屏幕上，使用时间 5 年以上；

5. 氧探头

检测范围 $0-1000\text{ppm}$ ，精度 0.2ppm ；专为手套箱气氛设计，耐腐蚀，PLC 集成控制，感测数据直接显示在主机屏幕上，氧探头为化学燃料电池，使用时间 5 年以上；

6. 有机溶剂吸附装置

用来吸附箱体挥发出来的有机溶剂，主要填充材料为：活性炭；填充量： $\geq 5\text{kg}$ ；

7. 在关掉循环风机或断电情况下，手套箱内水、氧含量上升速度不超过 $2\text{ppm}/h$ ；

8. 可自动监测手套箱泄漏率：设定自动监测，PLC 将根据用户的设定，每天自动在设定的时间对箱体的泄漏进行检测和报告泄漏率，如超过设定值，系统会弹出窗口，警告用户泄漏率超标，这样能及时发现破损的手套和密封条等情况；

9. 无震动低温冰箱：安装在手套箱的左侧，冰箱内腔体积 30 升，温度可达 $-35\text{ }^\circ\text{C}$ ，冰箱压缩机放在冰箱下面，与箱体脱离；

10. 静电消除器，去除局部静电；

附件、备件及消耗品

随机耗材：两副丁基橡胶手套，一瓶 $\geq 1\text{L}$ 装真空泵油。

设备安装调试

1、到货后 1 周内到达用户现场安装、调试；

2、验收时进行现场测试；

技术培训

提供为期 1 天的技术培训，包括：提供中文版操作规程或作业指导书、仪器的工作原理、仪器系统的参数设定、常见故障处理方法等。

售后保修、

1、整机免费保修 1 年，保修期内，维修费、零件费、维修工程师差旅费全免。

2、由供货商或生产商负责仪器终身维修，仪器一旦出现故障，24 小时内对产生故障原因给出明确答复，并在 48 小时内派维修人员到达现场维修或者提供相同型号的设备备用，直到仪器故障排除。

验收标准

依据买方需求

交货地点时间

地点：雁栖湖东校区 时间：合同签订后 1 周内

技术支持

有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

03 包 教学设备 2

品目 3-1：紫外 LED 光源

数量：1 台

1、工作条件：

★工作电源：220V/50 Hz

2、技术规格：

★波长范围：350-370 nm

输出功率：0-6 w（可调）

辐照度：2000-8000 mW/cm²

★有效照射面积：≥30×20（mm）

工作温度范围：-10℃-60℃

★预热后每小时稳定性：~0.1%

制冷方式：风扇强迫制冷

功耗：小于 240 W

3、配制要求

主机和出厂标配，芯片为发光芯片

品目 3-2：蓝光 LED 光源

数量：1 台

1、工作条件：

★工作电源：220V/50 Hz

2、技术规格：

★波长范围：450-480 nm

输出功率：0-5 w（可调）

辐照度： 2000-8000 mW/cm²

★有效照射面积：≥30×20（mm）

工作温度范围：-10℃-60℃

★预热后每小时稳定性：~0.1%

制冷方式：风扇强迫制冷

功耗：小于 240 W

3、配制要求

主机和出厂标配, 芯片为发光芯片

品目 3-3：天美荧光光谱仪恒温水域支架附件

数量：1 台（含循环水浴）

1、工作条件：

工作电源：220V

★升温范围：室温~80℃

★控温精度： 0.1℃

★温度稳定性： ±0.2℃

★样品池： 10 mm 样品池

工作环境：一般实验室环境

适用范围： 依靠外置的温控水浴系统，可保持 10 mm 样品池恒温，可用于生化样品的荧光分析。

品目 3-4：天美荧光光谱仪固体高温测试附件

数量：1 台

1、工作条件：

工作电源：220V

★升温范围：室温~300℃， 8 段程序控温设计

★控温精度： 0.1℃

★温度稳定性： ±0.2℃

★升温速度： >20℃/min

★样品槽位置可调节： 0~360° 无死角

工作环境：一般实验室环境

适用范围： 可以加热的粉末和薄膜材料的高温变温荧光实验，高温气体和固体反应的荧光实验

品目 3-5：烘箱

★电源电压：220V/50Hz；

★控温范围：RT+10-300℃；

★恒温波动度：±0.1℃；

★温度分辨率：0.1℃；

定时范围：1-9999 minutes；

其他：进口电机，进口可控硅，可编程序液晶控制器

品目 3-6：分析天平

★量程：220g；

★显示分辨率：0.1mg；

★重复性：0.1mg；

★限行误差：0.2mg；

秤盘直径：90mm；

稳定时间：2s；

灵敏度温度飘移：2.0 ppm/℃

校准：内部校准；

售后服务：提供 1 年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前 1 个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

质保期内，卖方接到买方故障信息后在 2 小时内予以响应，并在 24 小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。

在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应。

质量保障期：三年

交货期：合同签订后 1 周内交货

交货地点：中国科学院大学雁栖湖校区学园二 226

04 包 高性能数据处理器

数量：1 台

1、工作条件：

★工作电源：220V/50 Hz

2、技术规格：

2.1 CPU×4 I7、八核

CPU×1 I7-8565U

2.2 显卡×4 GTX1660Ti, 独立≥6GB

显卡×1 NVIDIA , 独立 2GB

2.3 内存×4 8GB, DDR4

内存×1≥16GB

2.4 硬盘×4≥1TB, 256G

硬盘×1 1TB 高速固态硬盘

2.5 显示屏×1≥23.5 英寸, 1920×1080, VA

特性：一年有限保修及一年上门服务

设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。

售后保修

主要部件：CPU；主板；独立显卡；内存；硬盘驱动器（含固态硬盘）；显示屏；主机和电源/电源适配器，保修期限为三年，服务类型为三年上门服务。

辅件和其他部件：遥控器收板；无线接收板转接板/前置板；独立声卡；视频接收卡；1394 卡；独立网卡；独立无线网卡；光盘驱动器；读卡器；机箱外部组件等，保修期为 1 年，服务类型为一年上门服务。

验收标准

合同设备安装调试完毕后，投标人应及时提请验收。有投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。投标人保证设备自到货之日起 15 日内通过设备运行、性能及技术参数、指标等的技术验收，以保证实验室使用。采购人有权委托中国有资格的单位对采购仪器进行性能校验。采购人投入使用 1 个月后，无故障方可签署项目验收报告，保修期自采购人签署验收报告之日起开始计算。

交货地点时间

交货地点：中国科学院大学雁栖湖校区西区学园三 106 实验室；

交货时间：签订合同后一个月内。

05 包 教学设备 3

品目 5-1：数据采集模块

用途

采集试验过程中的应变量的变化。

详细可量化的技术参数

详细技术指标

输入类型：电压，全桥/半桥/¼桥，电流（使用外部电阻），电位计；

输入量程：±10V（±500mV）、±1V（±50mV）、±0.1V（±5mV）、±10mV（±0.5mV）；

ADC 类型：双 24 位 delta-sigma 转换器，自带抗混滤波；

采样率：200KS/s/通道，同步采样；

输入精度：±0.05% of reading；

动态范围@10KS：152dB；

典型 SNR@10KS: 121dB;
典型 CMR@1kHz: 96dB;
输入耦合: DC;
输入阻抗: 10 M Ω ;
隔离电压: 1000V;
-3 dB 带宽: 76KHz;
程控激励电压: 最大 12 VDC;
输出电流上限: 45mA;
精度: $\pm 0.05\%$ ± 2 mV;
内置桥路电阻: 半桥 1 k Ω , $\frac{1}{4}$ 桥 120 Ω and 350 Ω ;
电阻精度: 0.05%; TCR: 5 ppm/K;
校准电阻: 59.88 k Ω ;
校准电阻精度: 0.05%; TCR: 10 ppm/K;

品目 5-2: 任意函数信号发生模块

用途

可以实时查看被测器件 (DUT) 上的实际波形, 而不需使用示波器和探头, 降低了因阻抗不匹配引起的不确定度。支持波形监测, 拥有最流行的触摸屏界面。

详细可量化的技术参数

1 详细技术指标

1.1 单或双通道型号

1.2 输出幅度范围 1mVP-P ~ 10VP-P 至 50 Ω 负载

1.3 基本 (AFG) 模式:

25 MHz, 50MHz, 100MHz, 150MHz, 或 250MHz 正弦波形

250 MSa/s, 1GSa/s 或 2GSa/s 采样率

14 位垂直分辨率

内置波形包括正弦、方波、锯齿波、脉冲、噪声和其他常用波形

附件、备件及消耗品

数据线

技术文件

产品软件说明书、硬件使用手册

设备安装调试

供货商在到货一周内派工作人员到现场安装调试所供设备, 并对该设备的运行状况全权负责, 保证所供设备符合各项技术规范。

技术培训

为买方免费培训使用仪器的工作人员, 培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保

养维修等。

售后保修

供应商对买方仪器实行保修一年终身维修制度，保修期自仪器安装调试验收合格，并以双方签字日开始计算。保修期内，负责处理并解决故障，所发生的所有费用由供应商承担。

保修期后，供应商应继续对买方免费提供各种技术支持和有偿的维修服务，但如发生部件更换，费用由买方承担。供应商提供 24 小时维修响应时间服务，接买方报修后，在 24 小时内派人或提出处理意见，如仍不能解决问题，供应商将派工程师 48 小时内到买方现场进行维修操作。

高性能的通用配件不应存在售后配件垄断的问题，维修保养费用要相对低廉，提高维修维护效率，避免因配件供应周期长而使仪器不能及时维修使用的问题。

验收标准

提供设备出厂相关检测报告。

验收标准：参照相关国家标准进行检测验收。

最终验收：在买方现场进行设备的最终验收，现场所有的安装调试完成后，设备符合验收标准要求，买方应该向供货商发放书面的最终验收证书，至此，该设备被卖方完全验收。

交货地点时间

交货地点：客户指定。

交货时间：签订合同后一个月内。无法按时交货，每日支付货款 1%违约金。

技术支持

北京办公室有维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

软件升级

卖方终身免费向用户提供仪器软件的更新。